Licitar Digital

Pro... 10 Novo PREFEITURA MUNICIPAL DE PI...
Organização

Publicado ID: 116888 em 6d 01h 27m 15s

HISTÓRICO AÇÕE

Painel

PROCESSOS ELETRÔNICOS
Em Andamento
Finalizados

BANCO DE PREÇOS
Pesquisa
Minhas Cotações

CONSULTAS
Integrações

CADASTROS
Dados Da Organização
Modelos De Documentos (Novo)
Grupos De Autorização
Usuários
Documentos / Habilitação
Contratos E Atas
Feriados
Declarações

LINKS ÚTEIS
Ajuda Do Sistema
Avisos E Informações

Processo Documentos Avisos Solicitações

TODOS PENDENTES RESPONI

Ordenar por: Mais recentes

Pesquisar FILTROS

Pendente 28/10/2026 17:42

Esclarecimento

PATRICIA ALMEIDA

Esclarecimento referente ao item 09 (Nobreak) - No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ? At.te HAROLDO BRAGA

Ver menos

PUBLICAR RESPOSTA

Pendente 28/10/2026 17:18

Esclarecimento

METDATA Tecnologia da Informação

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS CLIENTE MUNICIPIO DE PIRANGA - MG PROJETO PREGÃO ELETRÔNICO nº 90068/2026 Prezado Sr. Pregoeiro, A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologi...

Ver mais

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Piranga

De: Saúde Piranga <saudepiranga@yahoo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de novembro de 2026 13:17
Para: Prefeitura Municipal de Piranga
Assunto: Re: Solicitação de análise - Pedido de esclarecimento referente ao item 09 (Nobreak)

Prezado(a),

O Termo de Referência estabeleceu os requisitos mínimos obrigatórios para o equipamento, não tendo restringido ou limitado de forma expressa o tipo de onda (senoidal pura ou por aproximação) no funcionamento do inversor. Diante disso, serão aceitos modelos que operem com **ambas as tecnologias**, desde que cumpridas integralmente todas as demais especificações contidas no Termo de Referência (potência, tensões, proteções, quantidade de tomadas, etc.). Ressalta-se que os referidos nobreaks serão utilizados em equipamentos de **natureza médico-hospitalar,** e o fornecedor deverá oferecer o produto que melhor atenda a essa especificidade.

At.te,

Matheus Henrique M. de Miranda
Analista de T.I | SMS - Piranga/MG

Isabel Cristina de Souza Pereira
Diretora - Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Piranga/MG
Tel. (31) 3746-1088
Em sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 14:57:01 BRT, Prefeitura Municipal de Piranga <licitacao@piranga.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Encaminho pedido de esclarecimento apresentado pela empresa, referente ao item 09 (Nobreak).

Segue abaixo o questionamento para análise e resposta da Secretaria de Saúde, a fim de que possamos prestar os devidos esclarecimentos à empresa.

Esclarecimento PATRICIA ALMEIDA
Esclarecimento referente ao item 09 (Nobreak) - No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ? At.te HAROLDO BRAGA

Solicito, por gentileza, que o retorno seja encaminhado o mais breve possível.

Atenciosamente,

Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Piranga/MG
(31) 3923-0615

Scanned with CamScanner

PIRANGA
Um novo tempo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - Fls. _____

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - NOBREAK

Processo Licitatório nº 193/2026

Pregão Eletrônico nº 90068/2026

Questionamento: A forma de onda exigida para o nobreak, quando em funcionamento no modo inversor, deve ser senoidal pura?

Resposta:

Conforme manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, o Termo de Referência não estabeleceu exigência específica quanto à forma de onda do equipamento em modo inversor.

Assim, **serão aceitos nobreaks com onda senoidal pura ou senoidal por aproximação — PWM/semissenoidal**, desde que atendam integralmente às demais especificações do Termo de Referência, inclusive potência, tensões, proteções e quantidade de tomadas.

A informação prestada pela área requisitante de que os equipamentos serão utilizados em ambiente médico-hospitalar não acrescenta requisito técnico ou critério de aceitação além daqueles expressamente previstos no instrumento convocatório.

Este esclarecimento confirma o alcance das especificações publicadas, permanecendo mantidas as condições e a data da sessão.

Piranga/MG, 3 de novembro de 2026.

Rafael Martins
Pregoeiro

Scanned with CamScanner